

งานกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือแพทย์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์

กลุ่มวิศวกรรมทางการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมทางการแพทย์เป็นมาตรฐานเดียวกัน

กระบวนการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือแพทย์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ มีขั้นตอนการดำเนินงาน ๔ ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ สำรวจความต้องการ

ดำเนินการสำรวจความต้องการของผู้ใช้งานว่าเครื่องมือตัวไหนเกิดความชำรุดเสียหายและตรวจสอบดูว่าสามารถที่จะซ่อมแซมได้หรือไม่หรือควรซื้อใหม่เพื่อทดแทนของเดิมหรือต้องการซื้อเครื่องมือเพิ่มเติมไปจากเดิมที่มีอยู่ ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๓ วัน (เจ้าหน้าที่และหัวหน้ากลุ่มฯ)

ขั้นตอนที่ ๒ ตรวจสอบงบประมาณ

ในขั้นตอนนี้เมื่อสำรวจความต้องการของผู้ใช้งานแล้วทำการตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับมาว่าเพียงพอต่อการจัดหาเครื่องมือใหม่หรือซ่อมแซมเครื่องมือแพทย์ที่ชำรุด ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๓ วัน (เจ้าหน้าที่และหัวหน้ากลุ่มฯ)

ขั้นตอนที่ ๓ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือแพทย์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์

ในขั้นตอนนี้เมื่อรู้จำนวนงบประมาณที่ได้รับว่าจำนวนเงินเท่าไรพอที่จะดำเนินการซ่อมแซมหรือซื้อใหม่ก็มากำหนด ร่างขอบเขตคุณลักษณะของเครื่องมือที่จะจัดหาโดยต้องมีผู้ยื่นเสนอราคาอย่างน้อย ๓ บริษัท ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๓ วัน (เจ้าหน้าที่และหัวหน้ากลุ่มฯ)

ขั้นตอนที่ ๔ จัดทำรายงานขอความเห็นชอบต่อผู้อำนวยการ

ในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายผู้รับผิดชอบจัดทำรายละเอียดร่างขอบเขตคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือแพทย์ และครุภัณฑ์ทางการแพทย์และจัดทำรายงานเสนอผู้อำนวยการพิจารณาอนุมัติ ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๒ วัน (เจ้าหน้าที่และหัวหน้ากลุ่มฯ)